



審核者：簡茂盛	水質微生物監測記錄表	表單編號	SOP-1-5-2
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	1

檢驗者： 吳迎晨

審查者： 微生物檢驗室 陳德勳

採樣日期	採樣位置 (飼育室號碼)	檢測方法	檢驗日期	結果 (cfu/ml)	處理方式	備註
1041130	104A	濾膜法	1041130	< 1 CFU		
1041130	105A	濾膜法	1041130	< 1 CFU		
1041130	106A	濾膜法	1041130	< 1 CFU		
1041130	107A	濾膜法	1041130	< 1 CFU		

1. 定期採樣 1 次。
2. 每一採樣位置採 1 個樣品。
3. 採樣位置請填入代號：(A) 飼育室出口，(B) 清潔水槽出口。
4. 採樣後置 35°C 培養培養，隔天後觀察。