

審核者：簡茂盛	水質微生物監測記錄表	表單編號	SOP-1-5-2
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	1

檢驗者： 曾巧涵

審查者： 微生物檢驗室 陳德勳

採樣日期	採樣位置 (飼育室號碼)	檢測方法	檢驗日期	結果 (CFU/mL)	處理方式	備註
1080531	104A	混合稀釋法	1080531	< 1 CFU		
1080531	105A	混合稀釋法	1080531	< 1 CFU		
1080531	106A	混合稀釋法	1080531	< 1 CFU		
1080531	107A	混合稀釋法	1080531	< 1 CFU		
1080531	2F-B	混合稀釋法	1080531	193 CFU		
1080531	1F-B	混合稀釋法	1080531	< 1 CFU		

1. 定期採樣 1 次。
2. 每一採樣位置採 1 個樣品。
3. 採樣位置請填入代號：(A) 飼育室出口，(B) 清潔水槽出口。
4. 採樣後置 35°C 培養培養，48 小時後觀察。
5. 總菌落數標準值為 <100 CFU/mL。當菌落太多造成計數困難時，則以「菌落太多無法計數」(Too numerous to count; TNTC) 表示。