審核者：簡茂盛	水質微生物監測記錄表	表單編號	SOP-1-5-2
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁　　碼	1

檢驗者：郁淇

審查者：微生物檢驗室 陳德勳

採樣日期	採樣位置(飼育室號碼)	檢測方法	檢驗日期	結果(CFU/mL)	處理方式	備註
1120131	瓶裝水 a	NIEA E204.55B	1120131	< 1	Sterilization	
1120131	瓶裝水 b	NIEA E204.55B	1120131	< 1	Sterilization	
1120131	瓶裝水 c	NIEA E204.55B	1120131	< 1	Sterilization	
1120131	瓶裝水 a	NIEA E204.55B	1120131	< 1	Sterilization	Repeated experiment
1120131	瓶裝水 b	NIEA E204.55B	1120131	< 1	Sterilization	Repeated experiment
1120131	瓶裝水 c	NIEA E204.55B	1120131	< 1	Sterilization	Repeated experiment

1. 一個月採樣 1 次。
2. 檢驗方法: 混合稀釋法 (NIEA E204.55B)。
3. 採樣位置請填入代號：(A) 飼育室出口，(B) 清潔水槽出口。
4. 採樣後置 35℃培養培養，48 小時後觀察。
5. 總菌落數標準值為<100 CFU/mL。當最高稀釋倍數下培養基菌落數超過 300 顆 (colony fron unit) 造成計數困難時，則以「菌落太多無法計數」(too numerous to count;TNTC) 表示。