

審核者：簡茂盛	水質微生物監測記錄表	表單編號	SOP-1-5-2
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	1

檢驗者： 童郁

審查者： 微生物檢驗室 陳德員

採樣日期	採樣位置 (飼育室號碼)	檢測方法	檢驗日期	結果 (CFU/mL)	處理方式	備註
1120327	瓶裝水 a	NIEA E204.55B	1120327	< 1	Sterilization	
1120327	瓶裝水 a	NIEA E204.55B	1120327	< 1	Sterilization	Repeated experiment
1120327	瓶裝水 b	NIEA E204.55B	1120327	< 1	Sterilization	
1120327	瓶裝水 b	NIEA E204.55B	1120327	< 1	Sterilization	Repeated experiment
1120327	瓶裝水 c	NIEA E204.55B	1120327	< 1	Sterilization	
1120327	瓶裝水 c	NIEA E204.55B	1120327	< 1	Sterilization	Repeated experiment
1120327	104	NIEA E204.55B	1120327	<100		
1120327	104	NIEA E204.55B	1120327	<100		Repeated experiment
1120327	105	NIEA E204.55B	1120327	<100		
1120327	105	NIEA E204.55B	1120327	<100		Repeated experiment
1120327	106	NIEA E204.55B	1120327	TNTC		
1120327	106	NIEA E204.55B	1120327	TNTC		Repeated experiment
1120327	107	NIEA E204.55B	1120327	<100		
1120327	107	NIEA E204.55B	1120327	<100		Repeated experiment
1120327	1F	NIEA E204.55B	1120327	109		
1120327	1F	NIEA E204.55B	1120327	141		Repeated experiment
1120327	2F	NIEA E204.55B	1120327	TNTC		
1120327	2F	NIEA E204.55B	1120327	TNTC		Repeated experiment

1. 一個月採樣 1 次。
2. 檢驗方法：混合稀釋法 (NIEA E204.55B)。



審核者：簡茂盛	水質微生物監測記錄表	表單編號	SOP-1-5-2
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	1

- 採樣位置請填入代號：(A) 飼育室出口，(B) 清潔水槽出口。
- 採樣後置 35°C 培養培養，48 小時後觀察。
- 總菌落數標準值為 <math><100\text{ CFU/mL}</math>。當最高稀釋倍數下培養基菌落數超過 300 顆 (colony from unit) 造成計數困難時，則以「菌落太多無法計數」(too numerous to count; TNTC) 表示。